



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

DIVISION DE CONTRATACION



DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA N° UC037-2020

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DIAGNOSTICO MOLECULAR Y SEROLOGICO DEL VIRUS ASOCIADO DE ENFERMADES RESPIRATORIA EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA ATENDER PROBLEMAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" CODIGO BPIN 20200000100090"

De conformidad con lo establecido en el Pliego de condiciones, Capítulo II, numeral 2.2 y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, de manera escrita, presentado en la Oficina de Contratación y/o recepcionado en el correo electrónico.

Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de interesados, a los que la Entidad procederá a dar respuesta por medio del presente documento, así:

PRIMER OBSERVANTE

Carlos Arturo Osorio, Asesor Comercial de la empresa NVP, mediante correo electrónico remitido el 30 de noviembre de 2020 a las 18:12, formula las siguientes observaciones:

OBSERVACION N° 1

1. Capítulo I numeral 1.2: especificaciones técnicas agradecemos hacer las siguientes aclaraciones:

a. Número 9: Enzima one-step para RT-qPCR Kit x (500) Rxns. Agradecemos dar claridad si se puede ofrecer una presentación de la enzima en menos reacciones pero cumpliendo la totalidad de las 8000 reacciones que se solicitan.

b. Número 10: Primer synthesis. Agradecemos dar claridad de las secuencias de los primers, sondas y confirmar colorante de marcaje.

c. Números 17 al 23: Kits RT-PCR virus respiratorios. Agradecemos dar claridad si se puede ofertar un kit multiplex para estos virus y confirmar la mínima presentación para cada uno de ellos.

d. Número 43: Pipetas 826 XS completo 8 volúmenes. Agradecemos dar claridad si el producto solicitado es multicanal o una sola de volumen variable.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES

La entidad se permite dar respuesta en los siguientes términos:





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

DIVISION DE CONTRATACION



a. Número 9: Enzima one-step para RT-qPCR Kit x (500) Rxns.

En cuanto a su solicitud SI, es posible.

b. Número 10: Primer synthesis.

la secuencia de primers y sondas es la siguiente.

En las secuencia de las sondas se confirma el marcaje.

- RdRP_SARSr-F2: GTGARATGGTCATGTGTGGCGG
- RdRP_SARSr-R1: CARATGTTAAASACACTATTAGCATA
- RdRP_SARSs-P1: FAM-CCAGGTGGWACRTCATCMGGTGATGC- BHQ1
- E_SARBECO_F1: ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT
- E_SARBECO_R2: ATATTGCAGCAGTACGCACACA
- E_SARBECO_P1: HEX-ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG- BHQ2
- N_SARBECO_F1: CACATTGGCACCCGCAATC
- N_SARBECO_R1: GAGGAACGAGAAGAGGCTTG
- N_SARBECO_P1: CalFluor Red 610-ACTTCCTCAAGGAACAACATTGCCA- BHQ2
- RNaseP_IC_F1: AGATTTGGACCTGCGAGCG
- RNaseP_IC_R1: GAGCGGCTGTCTCCACAAGT
- RNaseP_IC-P: Quasar 670-TTCTGACCTGAAGGCTCTGCGCG-BHQ2

c. Números 17 al 23: Kits RT-PCR virus respiratorios.

No. los kits deben ser singleplex.

d. Número 43: Pipetas 826 XS completo 8 volúmenes.

No son multicanal, sencillas de volumen variable.

Montería, 07 de diciembre de 2020

Original firmado
ESTELA BARCO JARAVA
Jefe División de Contratación

